



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.01.05.000.М.000175.02.25 от 24.02.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека: эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих) при проведении медицинских рентгенологических процедур - перечень в приложении

Передвижной флюорографический кабинет ООО "Виталиния-М", Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ишкова, д. 92 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Виталиния-М", Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Жукова, д. 8, офис 515 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров , выполнение работ или оказание услуг"; СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение на вид деятельности (работы, услуги) ООО "Эксперттелеком" № 151 от 07.02.2025 г. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU. 710125 от 01.02.2016 г.



Заключение действительно до 24.02.2030 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) А.В. Ермаков



подпись, печать

№3711865

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2024 г., «В»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 26.01.05.000.М.000175.02.25 от 24.02.2025 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека: эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих) при проведении медицинских рентгенологических процедур.

Характеристика источника ионизирующего излучения: генерирующий
Тип аппарата: малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной на базе шасси HYUNDAI
Марка аппарата: ФМцс-"ПроСкан-2000"
Фирма, завод изготовитель: АО "Рентгенпром"
Заводской №: 19-18114
Год выпуска: 2019
Год ввода в эксплуатацию: 2019
Ном. напряжение: 125 кВ
Ном. сила тока: 20 мА
Вид работ: рентгенодиагностика
Перечень исследований: ренгенодиогностические исследования.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) А.В. Ермаков

Ф. И. О., подпись, печать

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2020 г.